

25.652.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.652.1703 (694-1513)
Tanımı	Elektropompalı tip anestetik gaz tahliye sistemi 100+100 m³/h
Birimi	Tk
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Hastane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	243109,44	8848,00	4424,00
2025-Kasım	242051,90	8741,53	4370,77
2025-Ekim	239552,46	8550,50	4275,25
2025-Eylül	237292,55	8290,10	4145,05
2025-Ocak	208782,38	7157,38	3578,69
2024	242553,40	5474,65	2737,33
2023-2	134518,75	3843,75	1921,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	104765,00	2377,50	1188,75
2022-3	99039,90	1535,63	767,82
2022-2	98685,53	1181,25	590,63
2022-1	61893,75	1181,25	590,63
2021	35880,00	1850,00	925,00
2020	28100,00	1510,00	755,00
2019	23080,00	1280,00	640,00
2018	20680,00	1010,00	505,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.652.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 7396-2 standardına ve 93/42/ EEC Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, yanıl kanallı, üfleme pompalı anestetik gaz tahliye sistemi ile gazların atmosfere atılmasını sağlayan, alarm kontrol panosu üzerinde yer alan puşbutonu ile işletmeye alınan bir asıl bir yedek olmak üzere anestetik gaz tahliye sisteminin işyerinde temini ve montajı.

25.652.1703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.652.1703		Elektropompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi 100+100m³/H / Elektro Pompalı Tip Anestetik Gaz Tahliye Sistemi (Rayici)	Tk	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	10,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	10,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.